

航泰牌 HT-FLJH-A 型多功能人员消毒净化室说明书

产品名称：多功能人员消毒净化室

规格型号：HT-FLJH-A

电源电压：220V±22V

电源频率：50HZ±1HZ

输入总功率：8KW±100W

设备安全分类：I 类 B 型

熔断器型号：220V-16A

执行标准：JG/T296-2010

机 理：本机通过高压静电场、等离子发生器、负离子发生器和高效过滤装置对人体表面进行消毒、除异味。

适用范围：适用于人员身体和衣服及工作用具等的消毒、除菌、除异味。

使用方法：

- 1、手动按键开启入口门（自动模式时自动人体感应开门）。



- 2、进入消毒舱内，通过触摸屏设置消毒参数（消毒功能、

消毒时间、风淋温度等级、扩香功能），根据实际情况设定）。



3、启动消毒设备（进出门自动关闭上锁）。

4、消毒结束后出口门自动开启。

注意事项：

1、消毒时应注意关闭设备进出门。

2、注意用电安全。

3、高效过滤器半年至一年清理一次。

4、消毒时，消毒机的进出风口不得有遮挡物，应保证消毒

舱内空气的良好循环。

5、本机属高压电器设备，应注意加强防火、防燃，机内部件切记溅水或潮湿，以免发生漏电、锈蚀或发生故障。

6、应避免与强电场或强磁场等有强干扰的设备靠近放置，也应避免强烈振动，以免影响本机正常工作。

整机使用寿命：10 年

产品责任与实际生产单位：威海航泰环保设备有限公司

生产地址：山东省威海市临港经济技术开发区泰顺路 1 号

联系电话：0631-3850229

邮政编码：264200